

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-196	<b>REFERENCIA</b> PS/MBF/136100
<b>PRODUCTO</b> Pilar de cicatrización CS 3.5 2.5. Referencia: 3932 Pilar de cicatrización CS 4.3 4.5. Referencia: 3944	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Acoplarse provisionalmente a la conexión del implante durante el período de cicatrización para favorecer la cicatrización de los tejidos blandos.	
<b>Nº LOTE</b> 26001107 y 26001138.	
<b>FABRICANTE</b> Alpha Bio Tec Ltd., Israel.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Medical10, S.L., Camino de San Rafael 119-120, 29006 Málaga.	
<b>ASUNTO</b> Retirada del mercado de los lotes 26001107 y 26001138 de los pilares de cicatrización CS 3.5 2.5 y CS 4.3 4.5 respectivamente debido a la posibilidad de que estos dos lotes se hayan asociado erróneamente con un número de artículo y un embalaje incorrectos.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

